

SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO

RISPOSTE AI QUESITI - Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di "Sistemi di Monitoraggio Flash del Glucose FMG – Flash Glucose Monitoring", da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1 del 22.04.2020	<p>Con riferimento ai quantitativi dei Lettori riportati nella Tabella 1 del Vs. Capitolato tecnico, si chiede di specificare esclusivamente i quantitativi necessari per eventuali nuove acquisizioni, in quanto gli attuali pazienti risultano essere già in possesso della strumentazione.</p>	<p>Si confermano i quantitativi riportati nella tabella 1 del capitolato tecnico.</p>
2 del 22.04.2020	<p>Con riferimento al materiale di consumo (strisce e lancette) riportati nella Tabella 1 di cui al Vs. Capitolato Tecnico, la società, supportata da evidenze scientifiche, comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i pazienti affetti da T1D che utilizzano FSL si testano in media 14,5 volte al giorno e ricorrono al controllo glicemico capillare in media 0,5 volte al giorno (studio "IMPACT; Bolinder J et al. Lancet 2016"); - i pazienti affetti da T2D in trattamento insulinico intensivo che utilizzano FSL si testano in media 8,3 volte al giorno e ricorrono al controllo glicemico capillare in media 0,3 volte al giorno (studio "REPLACE; Haak et al. Diabetes Ther. 2017"); - i pazienti pediatrici affetti da T1D che utilizzano FSL si testano in media 12,9 volte al giorno e ricorrono al controllo glicemico capillare in media 1 volta al giorno (Studio "SELFY; Campbell FM et al. Pediatric Diabetes. 2018"). <p>Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che per 1.400 pazienti i fabbisogni indicati sarebbero inferiori a quanto indicato nella Tabella 1 del Vs. Capitolato; nello specifico risulterebbero necessarie 16.800 confezioni di strisce da 25 e 8.400 confezioni di lancette da 50. Con la presente si chiede pertanto una modifica dei fabbisogni di queste voci.</p>	<p>Si accoglie la richiesta, anche alla luce degli studi scientifici citati.</p>

L'Aquila, 29/04/2020


 Dott.ssa Lorena Lattanzi