



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica - Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
U.O.C. Microbiologia e Virologia Clinica
P.O. di Pescara Via Fonte Romana 8
Direttore Dr. Paolo Fazii
Tel: 085/4252723



Prot.M&V n° 0170023/20

Alla c.a. della Dott.ssa Vilma ROSA
Direttore UOC Approvvigionamento B.S. ASL PE

SEDE

Oggetto: Relazione tecnica della Commissione istituita per la valutazione del capitolato (Lotto n°2) denominato “ Affidamento di fornitura di test diagnostici per la ricerca di antigeni di SARS Cov2 (Agente causale di COVID 19) mediante metodica in chemiluminescenza (CLIA) tramite relativa strumentazione occorrenti alla Aziende Sanitarie Regione Abruzzo nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid 19”

La commissione, costituita dal Presidente , Dott.re Luigi CLERICO, e dai commissari Dott.re Vincenzo SAVINI e Dott.ssa Chiara DI IORIO, si è insediata presso i locali dell’UOC di Microbiologia e Virologia Clinica, in data 12/12/2020 alle ore 13.30.

Visionato il materiale da lei inviato, si è constatato che all’avviso ha risposto la seguente Ditta:

- Diasorin S.p.A. Via Crescentino snc – 13040 Saluggia (VC)

Dopo attenta valutazione, la Commissione ritiene che il prodotto proposto dalla suddetta abbia i requisiti minimi richiesti.



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica - Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
U.O.C. Microbiologia e Virologia Clinica
P.O. di Pescara Via Fonte Romana 8
Direttore Dr. Paolo Fazii
Tel: 085/4252723



Si inserisce di seguito la griglia per la valutazione dei requisiti a punteggio

REQUISITI A PUNTEGGIO		
N.	Caratteristiche strumento -reagenti	Fino a punti
1	Sensori di allerta di livello di campione	5
2	Riconoscimento dei kit tramite tecnologia in radio frequenza	5
3	Possibilità di eseguire automaticamente le curve di calibrazione su master curve memorizzate	6
4	Registrazione delle curve di calibrazione di almeno 2 lotti diversi	4
5	Dispensazione campione con puntali monouso	6
6	Area reagenti refrigerata	4
7	Caricamento in continuo dei puntali, delle cuvette, delle soluzioni di lavaggio e degli induttori di segnale, senza fermare la routine	8
8	Cadenza analitica (il maggior punteggio verrà assegnato allo strumento con cadenza analitica più alta, agli altri in maniera proporzionale)	4
9	Utilizzo di confezione con almeno (non meno di) 90 test	8
10	Metodica certificata che prevede l'utilizzo di campione nasale e/o naso-faringeo inattivato con reattivo prima di eseguire il test	8
11	Determinazione quantitativa dell'antigene Covid-19 con unità di misura (documentare la modalità)	12
	TOTALE	70

Pescara, li 14/12/2020

Distinti e cordiali saluti
Il presidente della commissione

Dr. Luigi Clerico

I componenti della Commissione

Dr. Vincenzo SAVINI

Dott.ssa Chiara DI IORIO



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica - Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
U.O.C. Microbiologia e Virologia Clinica
P.O. di Pescara Via Fonte Romana 8
Direttore Dr. Paolo Fazii
Tel: 085/4252723



Prot.M&V n° 0170019/20

Alla c.a. della Dott.ssa Vilma ROSA
Direttore UOC Approvvigionamento B.S. ASL PE

SEDE

Oggetto: Relazione tecnica della Commissione istituita per la valutazione del capitolato (Lotto n°1) denominato “ Affidamento di fornitura di test diagnostici per la ricerca di antigeni di SARS Cov2 (Agente causale di COVID 19) mediante metodica in immunofluorescenza od equivalenti tramite strumenti POCT strumentazione occorrenti alla Aziende Sanitarie Regione Abruzzo nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid 19”

La commissione, costituita dal Presidente , Dott.re Luigi CLERICO, e dai commissari Dott.re Vincenzo SAVINI e Dott.ssa Chiara DI IORIO, si è insediata presso i locali dell’UOC di Microbiologia e Virologia Clinica, in data 12/12/2020 alle ore 13.30.

Visionato il materiale da lei inviato, si è constatato che all’avviso ha risposto la seguente Ditta:

- A. Menarini diagnostics S.r.L. Via Lungo l’Ema, 7, 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Dopo attenta valutazione, la Commissione ritiene che il prodotto proposto dalla suddetta abbia i requisiti minimi richiesti.



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica - Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
U.O.C. Microbiologia e Virologia Clinica
P.O. di Pescara Via Fonte Romana 8
Direttore Dr. Paolo Fazii
Tel: 085/4252723



Si inserisce di seguito la griglia per la valutazione dei requisiti a punteggio

REQUISITI A PUNTEGGIO			
1	Limit of detection		15
2	Buffer riutilizzabile anche per ricerca dell'RNA di SARS CoV 2 con metodiche molecolari		15
3	Quantificazione dei valori di fluorescenza emessi dallo strumento, in relazione all'eventuale reazione antigene /anticorpo (pur in assenza di una standardizzazione a livello Internazionale)		10
4	Tempo di esecuzione del test (da start a risposta e comunque, uguale od inferiore a 20 min, valutando il test più celere con il punteggio migliore)		3.75
5	Kit di raccolta provvisto di tampone "floccato"		5
6	Test eseguibili/strumento		20
	PUNTEGGIO TOTALE		68.75

Pescara, li 14/12/2020

Distinti e cordiali saluti
Il presidente della commissione

Dr. Luigi Clerico

I componenti della Commissione

Dr. Vincenzo SAVINI

Dott.ssa Chiara DI IORIO