

Tipologia di ausilio	Specifiche	ID ausilio	Met.1 Veloc. Assorbimento	Met.2 Rilascio umidità	Met.3 Capac. spec.	ISO Capacità totale	Velocità acquisizione e rewetting ausili lieve incontinenza (MI 18)						Test manichino adulti (MI 15)			Superficie tampone assorbente W _i
							Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (terza prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (terza prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i	
Pann. Mutan grande	09.30.21.003	15	≥ 4 ml/sec	≤ 0,1 g	≥ 12 g/g								≥ 10 ml/sec;	≥ 10 ml/sec;	≤ 10 g	
	09.30.21.012	19	≥ 4 ml/sec	≤ 0,1 g	≥ 13 g/g								≥ 10 ml/sec;	≥ 10 ml/sec;	≤ 10 g	
Pann. Mutan medio	09.30.21.006	16	≥ 4 ml/sec	≤ 0,1 g	≥ 12 g/g											
Pann. Sagomato grande	09.30.18.048	9	≥ 3 ml/sec	≤ 0,1 g	≥ 12 g/g								≥ 10 ml/sec;	≥ 10 ml/sec;	≤ 10 g	
Pannolone Sagomato medio	09.30.18.051	10	≥ 3 ml/sec	≤ 0,1 g	≥ 11 g/g											
Pann. Lieve incontinenza femm.	R 09.30.18.054	13					≥ 4 ml/sec	≥ 1 ml/sec	≥ 1 ml/sec	≤ 0,1 g	≤ 0,1 g	≤ 0,1 g				
Pann. Rettangolare	09.30.04.060	1	≥ 3 ml/sec	≤ 1 g	≥ 9 g/g											
Traversa non rimb. 60x90	09.30.42.006	35														> 77%
Bambini 7-18	09.30.12.042	5				≥ 600 g										
Bambini 11-25	09.30.12.045	6				≥ 700 g										
Bambini 15-30	-	7				≥ 900 g										

LOTTI 1-2-3-4-5 CONSEGNA DOMICILIARE

Tipologia di ausilio	Specifiche	ID Ausilio	Met.1 Veloc. Assorbimento	Met.2 Rilascio umidità	Met.3 Capac spec.	Test manichino (MI 15)			Superficie tampone assorbente W_i
						Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W_i	
Pann. Mutan grande	09.30.21.003	15	≥ 5 ml/sec	$\leq 0,1$ g	≥ 12 g/g	≥ 10 ml/sec;	≥ 10 ml/sec;	≤ 10 g	
	09.30.21.012	19	≥ 4 ml/sec	$\leq 0,1$ g	≥ 13 g/g	≥ 10 ml/sec;	≥ 10 ml/sec;	≤ 10 g	
Pann. Mutan medio	09.30.21.006	16	≥ 4 ml/sec	$\leq 0,1$ g	≥ 12 g/g				
Pann. Rettangolare	09.30.04.060	1	≥ 3 ml/sec	$\leq 0,2$ g	≥ 9 g/g				
Traversa rimb. 90x180	09.30.42.003	34							$> 25\%$
Traversa non rimb. 60x90	09.30.42.006	35							$> 77\%$

LOTTI 6-7 CONSEGNA OSPEDALIERA "ADULTI"

Tipologia di ausilio	Specifiche	ID ausilio	ISO Capacità totale	Test manichino (MI 16)				
				Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (seconda prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (seconda terza)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (quarta prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W_i
Pann. per bambini	con peso da 3 a 6 kg	3	≥ 350 g	$> 6,01$ ml/sec;	$> 6,0$ ml/sec;	$> 5,01$ ml/sec;	$> 5,0$ ml/sec;	$\leq 0,1$ gr
Pann. per bambini	con peso da 4 a 9 kg	4	≥ 400 g					
Pann. per bambini	con peso da 7 a 18 kg	5	≥ 600 g					
Pann. per bambini	con peso da 12 a 25 kg	6	≥ 700 g					
Pann. per bambini	con peso da 15 a 30 kg	7	≥ 900 g					

LOTTE 6-7 CONSEGNA OSPEDALIERA "BAMBINI"